

Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři

Zpracovali: M. Pecka, M. Matýšková

Schváleno: Výborem ČHS ČSL JEP (22.4.2011)

Platnost od: 1.5.2011

Verze: 2

Aktualizace: 1.9.2012

Hematologická laboratoř se musí pravidelně zúčastňovat Externího hodnocení kvality - EHK (minimálně 2 x ročně) u všech metod, které provádí, pokud je EHK k těmto metodám v rámci České republiky dostupná¹ a musí mít platný certifikát pro certifikovatelné metody.

V případě, že hematologický analyzátor automaticky počítá z měřených parametrů další parametry, pro které není EHK k dispozici, pokrývá EHK pro měřené parametry i výpočtové parametry. Úspěšnost v EHK musí být za poslední 2 roky vyšší nebo rovna 60 % pro každou z metod, pro které je EHK v České republice dostupná.

Pokud má zařízení pod jedním IČO více laboratoří na různých adresách, na kterých se provádí výkony odbornosti 818, pak každá z těchto laboratoří je z hlediska EHK považována za specifickou jednotku (hematologickou laboratoř), která se samostatně účastní EHK.

Pokud laboratoř (na stejné adrese) používá více přístrojů, může si určit jeden z přístrojů jako referenční, se kterým se účastní EHK. U ostatních přístrojů vždy v návaznosti na EHK provede mezipřístrojovou kontrolu, která se provede podle platných pravidel interní kontroly kvality.

¹ *Není-li EHK v České republice dostupná, je možné ji nahradit mezilaboratorní kontrolou (způsob provedení a vyhodnocení mezilaboratorní kontroly a počet zúčastněných laboratoří musí být popsán v interní dokumentaci laboratoře). Případně lze využít některých z renomovaných systémů v zahraničí.*